



Secretaria Municipal de Saúde

Praça Pedro de Alcântara Magalhães, nº 116 - Fone.: (0**)35 3571-2117
CEP.: 37890-000 - MUZAMBINHO - MG - FAX.: (0**)35 3571-1177
E-Mail: saudemuzambinho@gmail.com

OF/SMS/354/2023

DATA: 19/07/2023

ASSUNTO: APRECIÇÃO

Prezada Senhora Diretora do Departamento de Suprimentos.

Vimos através deste fazer as considerações a respeito do descritivo apresentado pela empresa VRM IMPORT, inscrita no CNPJ sob o número 45.157.605/0001-29, no processo administrativo de número 326/2023 que visa a aquisição de bombas a vácuo e compressores a serem utilizados no centro odontológico municipal.

Lote 2-Bomba a vácuo 1/2 HP: A marca apresentada (CAPELLARO MMC1): Não possui contator elétrico nem abafadores, não possui capacidade mínima de sucção exigida no descritivo (500 mm/Hg), não é possível comprovar que as três partes da bomba são feitas de bronze, além de não apresentar duplo sistema de filtragem na entrada da água.

Para o lote 3, Bomba a vácuo 1HP, A marca apresentada (CAPELLARO MMC4): Não possui contator elétrico nem abafadores, não é possível comprovar que as três partes da bomba são feitas de bronze, além de não apresentar duplo sistema de filtragem na entrada da água.

Atenciosamente,

Cirlene Adriana Marques Lazaro
Secretária de Saúde
Muzambinho M.G.

DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Nº 1311 20/07/23

VISTO _____