



Rosiane Barbosa &lt;compras.rosiane@gmail.com&gt;

---

## Resposta ao pedido de esclarecimento PE 061/2022

---

**Rosiane Barbosa** <compras.rosiane@gmail.com>

9 de setembro de 2022 09:46

Para: marcus.fantoni@mhedica.com.br, marcos@mhedica.com.br

Rosiane, boa tarde! Tudo bem?

Conforme conversamos por telefone, gentileza avaliar a solicitação de esclarecimento abaixo referente ao processo do ultrassom

1. - MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 23 POLEGADAS;

**Será aceito - MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS;**

**Justificativa: O tamanho da tela não influencia na área de análise dos exames, pois a área dos exames é exatamente igual em ambos os tamanhos, ou seja, a área do exame não ocupa o tamanho total do monitor. Desta forma esta solicitação do descritivo somente está limitando a livre concorrência.**

Bom dia !

Em resposta ao pedido de esclarecimento, venho informar que o pregão eletrônico 061/2022, será suspenso para readequação no descritivo.

Por gentileza acompanhar no site do município [www.muzambinho.mg.gov.br](http://www.muzambinho.mg.gov.br) e na plataforma e [www.ammlcita.org.br](http://www.ammlcita.org.br).

Grata.

**<<<FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL>>>**

Atenciosamente,

**Rosiane Barbosa**

*Prefeitura de Muzambinho/MG*

*Setor de Compras, Licitações e Contratos*

*Tel.: (35)3571-2237 /3571-1188 ramais 231 e 236*

